



證書編號：L2491-191212

財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

# 認 證 證 書

茲證明

鑫陽鋼鐵股份有限公司

鑫陽鋼鐵檢測試驗室

高雄市橋頭區芋寮里芋寮路 297 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認 證 編 號：2491

初 次 認 證 日 期：一百零一年四月九日

認 證 有 效 期 間：一百零七年五月八日至一百一十年五月七日止

認 證 範 圍：測試領域，如續頁

董事長

王聰麟

中華民國一百零八年十二月十二日



證書編號：L2491-191212

財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

認證編號：2491

實驗室主管：姚家弘

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品  
熱軋鋼板，鍍鋅鋼板，碳鋼鋼管，鍍鋅鋼管  
M002 拉伸試驗  
CNS 2111  
JIS Z2241  
ASTM A370  
AS 1391  
(20 to 196) kN  
(2039 to 19986) kgf

報告簽署人：林銘賢；姚家弘

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品  
碳鋼鋼管，鍍鋅鋼管  
M004 沙丕衝擊試驗  
ASTM A370  
ASTM E23  
AS/NZS 1163  
AS 1544.2  
ASTM: (0.3 to 153.3) J  
AS/NZS:  $\leq 100$  J  
-40 °C to 室溫

報告簽署人：林銘賢；姚家弘

M005 彎曲試驗  
CNS 4435  
CNS 4437  
CNS 4626  
CNS 6445  
ASTM A53/A53M  
JIS G3452  
JIS G3454  
JIS G3444  
JIS G3445  
外徑：(1/2 to 2) in

報告簽署人：林銘賢；姚家弘



證書編號：L2491-191212

財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

M201 壓扁試驗  
CNS 4435  
CNS 4437  
CNS 4626  
CNS 6445  
ASTM A53/A53M  
API Specification 5L  
API Specification 5CT  
JIS G3452  
JIS G3454  
JIS G3444  
JIS G3445  
AS 1163  
外徑: (1/2 to 8) in

報告簽署人: 林銘賢; 姚家弘

■ 01.01 金屬與合金類材料與製品  
鍍鋅鋼管  
M010 附著量  
CNS 1247 第 5.2 節  
JIS H0401 第 5.2 節  
ASTM A90/A90M

報告簽署人: 林銘賢; 姚家弘

M046 均勻性檢驗 (硫酸銅試驗)  
CNS 1247  
JIS H0401

報告簽署人: 林銘賢; 姚家弘

(以下空白)